

茜素红S染色液(1%)

产品货号: R21444

产品规格: 100ml/500ml

产品简介:

钙在人体内大量存在，构成骨骼作为支持人体的支架，在分泌、运送、肌肉收缩、神经传导等也起重要作用。钙在机体内以两种形式存在，一种是离子钙，存在血液循环内，即所谓血钙；另一种是结合钙，和蛋白、碳酸或磷酸结合而沉着在组织内。除骨骼和牙齿外，正常时钙渗透在所有组织和细胞中，一般不以固体状态出现在组织内。但在某些情况下，钙析出成固体并沉着于组织内，则为病理性钙盐沉着。沉着的钙盐主要是磷酸钙，其次为碳酸钙。钙盐通常是单折射的，但草酸钙是双折射的。当使用HE染色时，钙一般呈紫蓝色。许多染料可以与钙形成螯合物，包括茜素红S、红紫素、核固红等。

茜素红S属一种葸醌类衍生物，是茜素碘酸钠盐，它能与碳酸钙或磷酸钙中的钙盐螯合形成橙红色复合物。茜素红S往往对少量的沉积物染色可得到更可靠的结果。常与固绿或Mayer苏木素染色液合用，结合形成橘红色沉淀，适用于少量钙盐组织的染色。

产品组成:

名称	规格	保存条件
茜素红S染色液(1%)	100ml/500ml	室温，避光

自备材料:

1. 固定液：10%中性福尔马林、福尔马林乙醇和乙醇等
2. 95%乙醇
3. 染色缸
4. 蒸馏水
5. 显微镜

操作步骤(仅供参考):

1. 组织固定于10%的中性福尔马林或乙醇，常规脱水包埋。
2. 切片至95%乙醇。
3. 载玻片竖立放置，彻底风干。
4. 切片入含茜素红S染色液的染缸，浸染5~10min(见注意事项1)。
5. 蒸馏水快速冲洗。
6. (可选)复染液复染，蒸馏水冲洗3次。
7. 常规脱水透明，中性树胶封固。

染色结果:

钙沉淀物 橙红色

注意事项:

1. 茜素红S染色液的染色时间要根据钙盐的含量来确定，应在显微镜下观察，见钙盐呈较深的橙红色即取出水洗，如染色时间过长，就出现弥散现象，一般5min即可。
2. 经过茜素红S染色液染色后，钙沉积物是双折射的。
3. 复染液采用固绿时，背景呈绿色。复染液采用Mayer苏木素时，细胞核呈蓝色。
4. 该方法在辨别和检测少量钙时特别有用如肾中的异常钙化(尿钙过多)。
5. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期： 6个月有效。



郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com

扫一扫 加微信