

尿素氮 (BUN) 含量检测试剂盒 (微量法)

注意：正式测定前务必取 2-3 个预期差异较大的样本做预测定。

产品货号：BA1243

产品规格：100管/48样

产品简介：

尿素 (BUN) 是人体蛋白质代谢的主要终末产物，BUN构成了血液中绝大部分的非蛋白质氮，血液尿素氮是肾功能的主要指标之一。用靛酚蓝比色法测定脲酶水解尿素产生的 $\text{NH}_3\text{-N}$ ，生成的蓝色靛酚和尿素氮的浓度成正比。

产品内容：

试剂一：粉剂×2瓶，4℃避光保存，临用前加2mL蒸馏水充分溶解。

试剂二：液体15mL×1瓶，4℃保存。

试剂三A液：液体20mL×1支，4℃保存；

试剂三B液：液体20mL×1瓶，4℃保存；

将AB溶液保存在冰箱中。使用前将2溶液各20毫升混合，用蒸馏水稀释至100毫升。

试剂四：液体10mL×1瓶，4℃避光保存。

标准品：粉剂×1瓶，4℃保存。10mg尿素。临用前加入4.66mL蒸馏水配制成1mg/mL尿素氮标准液。

需自备的仪器和用品：

可见分光光度计/酶标仪、天平、研钵/匀浆器、低温离心机、微量玻璃比色皿/96孔板、恒温水浴锅。

操作步骤：

一、样品处理

1、组织：按照质量 (g)：蒸馏水体积 (mL) 为1：5-10的比例 (建议称取约0.1g，加入1mL蒸馏水)，冰上匀浆后于4℃，13000g离心15min，取上清待测。

2、细胞：按照细胞数量 (10^4 个)：蒸馏水体积 (mL) 为500-1000：1的比例 (建议500万个细胞加入1mL蒸馏水)，冰浴超声波破碎细胞 (功率300w，超声3s，间隔7s，总时间3min)；然后4℃，13000g离心15min，取上清置于冰上待测。

3、血清 (浆) 或其它液体：直接检测。

二、测定操作：

1、分光光度计/酶标仪预热30min，波长调至630nm，分光光度计蒸馏水调零。

2、将1mg/mL尿素氮标准液用蒸馏水稀释至50 μg /mL备用。

3、加样表：

试剂名称 (μL)	空白管	标准管	测定管	对照管
样本			30	30
标准品		30		
蒸馏水	30			24
试剂一	60	60	60	
试剂二	110	110	110	110



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址：郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话：400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱：zzlybio@126.com

充分混匀，于37℃反应10min，				
试剂三	120	120	120	120
试剂四	90	90	90	90
混匀，室温静止30min。				
蒸馏水	90	90	90	90
充分混匀后，从上述反应液中吸取200 μL于96孔板或微量玻璃比色皿中测定630nm处吸光值，记为A空白管、A标准管、A测定管和A对照管。计算ΔA标准=A标准管-A空白管，ΔA测定=A测定管-A对照管。				

三、计算公式：

1、按样本质量计算：

$$\text{尿素氮含量} (\mu\text{g/g}) = \Delta A_{\text{测定}} \div \Delta A_{\text{标准}} \times C_{\text{标准品}} \times V_{\text{提取}} \div W$$

$$= 25 \times \Delta A_{\text{测定}} \div \Delta A_{\text{标准}} \div W。$$

2.按蛋白浓度计算：

$$\text{尿素氮含量} (\mu\text{g/mg prot}) = \Delta A_{\text{测定}} \div \Delta A_{\text{标准}} \times C_{\text{标准品}} \times V_{\text{提取}} \div (C_{\text{pr}} \times V_{\text{提取}})$$

$$= 25 \times \Delta A_{\text{测定}} \div \Delta A_{\text{标准}} \div C_{\text{pr}}。$$

3、按细胞数计算：

$$\text{尿素氮含量} (\mu\text{g}/10^4 \text{ cell}) = \Delta A_{\text{测定}} \div \Delta A_{\text{标准}} \times C_{\text{标准品}} \times V_{\text{提取}} \div \text{细胞数量}$$

$$= 25 \times \Delta A_{\text{测定}} \div \Delta A_{\text{标准}} \div \text{细胞数量}。$$

4、按液体体积计算：

$$\text{尿素氮含量} (\mu\text{g/mL}) = \Delta A_{\text{测定}} \div \Delta A_{\text{标准}} \times C_{\text{标准品}}$$

$$= 25 \times \Delta A_{\text{测定}} \div \Delta A_{\text{标准}}。$$

C标准品：标准品浓度，25 μg/mL；V提取：提取液体积，1mL；W：样品质量，g；Cpr：样品蛋白浓度，mg/mL；细胞数量：以万计。

注意事项：

- 1、配制好的试剂一在2-8℃条件下可保存一周。
- 2、ΔA测定大于1或者A测定管大于1时，建议将样品用蒸馏水稀释后在进行测定。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址：郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话：400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q：807961520 731791866

邮箱：zzlybio@126.com