

血小板稀释液（计数液）（pH=7.4）

产品货号：R21714

产品规格：100ml/500ml

产品简介：

血小板(Blood platelet)是哺乳动物血液中的有形成分之一，是从骨髓成熟的巨核细胞胞质裂解脱落下来的具有生物活性的小块胞质。

血小板稀释液(Platelet dilution)作用原理是血液经适量的白细胞稀释液稀释，混匀后充入计数池内，在显微镜下计数一定体积内血小板数量，换算求出每升血液中血小板的数量。该血小板稀释液仅用于科研领域，不用于临床诊断。

产品组成：

试剂名称	规格	保存条件
血小板稀释液（计数液）（pH=7.4）	100ml/500ml	室温

自备材料：

1. 新鲜全血
2. 微量吸管
3. 细胞计数板
4. 显微镜

操作步骤(仅供参考)：

1. 取小号试管，加入 Platelet dilution 0.38ml。
2. 用洁净干燥微量吸管取毛细血管血 20 μ l，擦去管外余血后加至 Platelet dilution 中，轻吸上层清液 3 次，立即充分混匀。
3. 待完全溶血后再次混匀 1min，取混匀的血小板悬液 1 滴，充入计数池内，注意产生气泡或外溢，室温静置 10~15min，待血小板沉淀。
4. 置于显微镜高倍镜下依次计数中央大方格内四角和中央共五个中方格内血小板数。

计算：

血小板数/L=5 个中方格内血小板数 $\times 10^9$ /L

注意事项：

1. 针刺深度应稍深，拭去第一滴血后，首先采血做血小板计数。操作应迅速，防止血小板聚集。
2. 采血标本后，应在 1h 内计数完毕，以免影响结果。
3. 小试管、计数板均应清洁，以免误认细胞。
4. 血液加入血小板稀释液内要充分混匀，充入计数池后一定要静置 10~15min。室温过高时应注意保持计数池周围的湿度，防止水分蒸发。
5. 计数时光线应适中，应注意有折光性的血小板和杂质相区别。
6. 用相位显微镜计数，效果更佳，更准确。
7. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：6 个月有效。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址：郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话：400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱：zzlybio@126.com