

抗酒石酸酸性磷酸酶（TRAP）检测试剂盒（PNP微板法）

产品货号：BA1639

产品规格：120T

产品简介：

酸性磷酸酶(acid phosphatase, ACP)分布极广泛，遍布各种组织，主要存在于细胞的溶酶体内，所以常作为溶酶体标志酶。溶酶体外的酸性磷酸酶存在于内质网和胞质内，各种动物中的酸性磷酸酶各有不同，酸性磷酸酶的适宜pH为4.5~5.5。存在于正常人肺泡巨噬细胞和白血病人脾脏的抗酒石酸酸性磷酸酶(Tartrate-resistnt acid phosphatase, TRAP)均在细胞滤泡中，并不是释放入血液，血液中的TRAP绝大多数来源于破骨细胞，因此可以通过测量血液中的TRAP了解破骨细胞的功能状态，几乎被认为是机体破骨活性的唯一血液指标。TRAP一种糖基化的含金属蛋白酶，在破骨细胞(osteoclast)和破软骨细胞(chondroblast)中高表达，在活化的巨噬细胞和神经元中也有表达。

乐业生物 抗酒石酸酸性磷酸酶检测试剂盒 (Tartrate Resistnt Acid Phosphatase Colorimetric Assay Kit) 检测原理是利用Para-nitrophenyl phosphate(pNPP)为一种常用的磷酸酶显色底物，在酸性条件下，可在酸性磷酸酶的作用下生成p-nitrophenol。在碱性条件下p-nitrophenol呈黄色，产物黄色越深，说明酸性磷酸酶活性越高，反之则酶活性越低，通过分光光度比色法(酶标仪)测定400~415nm处吸光度，据此通过比色分析就可以计算出酸性磷酸酶活性水平。在适量的酒石酸存在的情况下进行酸性磷酸酶的活性检测，检测得到的酸性磷酸酶的活性就是抗酒石酸酸性磷酸酶的活性。该试剂盒可用于检测细胞或组织的裂解液或匀浆液、血浆、血清、尿液等样品中内源性的抗酒石酸酸性磷酸酯酶活性。该试剂盒仅用于科研领域，不宜用于临床诊断或其他用途。

产品组成：

产品名称	120T	保存条件
试剂(A): ACP Assay buffer	15ml	2-8℃
试剂(B): pNPP	2支	-20℃，避光
试剂(C): Tartrate Solution	1ml	2-8℃
试剂(D): p-nitrophenol(10mM)	0.1ml	-20℃，避光
试剂(E): Stopping Solution	20ml	室温

自备材料：

1. 96孔板
2. 水浴锅或恒温箱
3. 酶标仪

操作步骤 (仅供参考) :

1. 配制检测工作液：

①配制显色工作液：取出1支pNPP，恢复至室温后溶解于2.5ml ACP Assay buffer，混匀，冰上预冷备用。新配制的显色工作液应在6h内用完。

②配制标准品工作液：取出p-nitrophenol(10mM)恢复至室温后，取10μl溶解于190μl ACP Assay buffer，使浓度达到0.5mM。

2. 准备样品：



郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话：400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱：zzlybio@126.com

扫一扫 加微信

①细胞或组织样品：取恰当细胞或组织裂解液，如果有必要需进行适当匀浆，低速离心取上清，-20℃冻存，用于抗酒石酸酸性磷酸酯酶的检测。

②血浆、血清和尿液样品：血浆、血清按照常规方法制备后可以直接用于本试剂盒的测定，尿液通常也可以直接用于测定，-20℃冻存，但为了消除样品本身颜色的干扰，需设置加了血浆或血清但不加底物的对照。

③高活性样品：如果样品中含有较高活性的抗酒石酸酸性磷酸酶，可以使用原有的裂解液或PBS等进行稀释，也可以采用ACP Assay buffer稀释。

3. 加样：按照下表设置96孔板空白对照、标准品、待测样品，溶液应按照顺序依次加入，并注意避免产生气泡。

标准品的用量分别为4、8、16、24、32、40 μ l，待测样品直接加40 μ l。如果样品中的抗酒石酸酸性磷酸酯酶活性过高，可以减少样品用量或适当稀释后再进行测定。样品的检测最好能设置平行孔。

	空白对照孔	标准品孔	待测样品孔
ACP Assay buffer	40 μ l	(40-x) μ l	(40-y) μ l
显色工作液	40 μ l	40 μ l	40 μ l
Tartrate Solution	5 μ l	5 μ l	5 μ l
待测样品	-	-	y μ l
标准品工作液	-	x μ l	-

4. 轻轻混匀，37℃孵育25~30min。

5. 每孔加入160 μ l Stopping Solution终止反应。

6. 酶标仪检测410nm处吸光值，如果无法检测410nm，亦可检测400~415nm范围内吸光值，一般应数小时内检测完毕。

计算：

酸性磷酸酶活性单位的定义：pH4.8 37℃条件下，每分钟水解para-nitrophenyl phosphate显色底物产生1微摩尔p-nitrophenol所需的酸性磷酸酶的量定义为一个酶活力单位。根据酶活性定义，计算出样品中的抗酒石酸酸性磷酸酶活性。

注意事项：

- 待测样品中不能含有磷酸酶抑制剂，同时需避免反复冻融。
- 建议每次测定时都做标准曲线，以使标准更准确，另外标准品需避免反复冻融。
- 如果没有酶标仪，也可以使用普通的分光光度计测定，但应考虑根据比色杯的最小检测体积，尽量采用小体积的比色杯。
- 所测样本的值高于标准曲线的上限，应用ACP Assay buffer稀释样品后重新测定。
- 一支显色工作液配制后需当日使用完毕，因此请注意适当多准备一些样品一起检测。
- p-nitrophenol溶液对人体有害，反应终止液有腐蚀性，请小心操作。
- 如果希望进行酶活性的绝对定量，进行酶反应时应精确计时，此时推荐采用孵育30min或更长时间，以减小操作过程中的时间误差。
- 待测样品中抗酒石酸酸性磷酸酶活性较低时，可适当延长孵育时间至30min。
- 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期： 12个月有效。



郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话：400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱：zzlybio@126.com

扫一扫 加微信