

总谷胱甘肽 (T-GSH) 检测试剂盒 (DTNB速率微板法)

产品货号: BA1768

产品规格: 100T

产品简介:

谷胱甘肽(glutathione, GSH)存在于几乎身体的每一个细胞,参与细胞许多功能活动,是一种氧自由基消除剂,能帮助保持正常的免疫系统的功能,保护组织细胞免受氧化损伤,并具有抗氧化和整合解毒作用,半胱氨酸上的巯基为其活性基团,故常简称为G-SH或GSH,易与某些药物(如扑热息痛)、毒素(如自由基、碘乙酸、铅、汞、砷等)等结合,具有整合解毒作用。谷胱甘肽具有广谱解毒作用,在延缓衰老、增强免疫力、抗肿瘤等功能性食品广泛应用,谷胱甘肽是研究活性氧和自由基的重要指标,亦是机体氧化物牵累的重要指标。还原型谷胱甘肽(GSH)是一种含 γ -酰胺键和巯基的三肽,由谷氨酸、半胱氨酸及甘氨酸组成,能可逆的转变为氧化型谷胱甘肽(GSSG),其存在形式会随着细胞内代谢的情况而发生相互转变。

总谷胱甘肽(T-GSH)检测试剂盒(DTNB 速率微板法)(Total Glutathione Assay Kit)是一种简单易行的检测总谷胱甘肽(T-GSH)的试剂盒,其检测原理是谷胱甘肽还原酶把氧化型谷胱甘肽(GSSG)还原成还原型谷胱甘肽(GSH),由GSSG还原成的GSH和样品本身含有的GSH都与发色底物DTNB反应,生成黄色的TNB和GSSG,前后两个反应合并起来,总谷胱甘肽(GSSG+GSH)就相当于一个呈色的限速反应,总谷胱甘肽(T-GSH)含量决定了黄色含量,通过分光光度法(酶标仪)测定410nm处吸光度,与相应处理的GSH标准比较,获得样品的总谷胱甘肽(T-GSH)即(GSSG+GSH)含量,该试剂盒可用于测定血浆、血清、植物或动物组织、细胞等样品中总谷胱甘肽(T-GSH)含量。该试剂盒仅用于科研,不用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

试剂名称	100T	保存条件
试剂(A): 还原型谷胱甘肽(GSH)标准	10mg	4℃, 避光
试剂(B): GSH assay buffer	100ml	室温
试剂(C): DTNB	10mg	室温, 避光
试剂(D): 蛋白沉淀剂	2.5g	室温, 避光
试剂(E): NADPH	10mg	-20℃, 避光
试剂(F): DMSO	1.5ml	室温, 避光
试剂(G): ddH ₂ O	100ml	室温
试剂(H): GSH 还原酶原液	15 μ l	-20℃, 避光

自备材料:

1. 离心管或小试管
2. 蒸馏水
3. PBS 或生理盐水
4. 匀浆器或研钵
5. 低温离心机
6. 水浴锅
7. 96 孔板
8. 酶标仪



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com

操作步骤:

1. 配制 GSH 标准储存液: 取 10mg 还原型谷胱甘肽(GSH)标准加入 3.25ml ddH₂O, 溶解并混匀, 即为还原型 GSH 标准储存液(10mM)。一部分立即使用, 其余适当分装后-20℃保存。
2. 配制 DTNB 储存液: 在本试剂盒提供的 10mg DTNB 中加入 1ml DMSO, 溶解并混匀, 即为 DTNB 储存液 (10mg/ml)。一部分立即使用, 其余适当分装后-20℃保存。
3. 配制 50×GSH 还原酶: 按 GSH 还原酶原液: GSH assay buffer =1:49 的比例混合, 即为 50×GSH 还原酶。-20℃保存, 3 个月有效。
4. 配制 T-GSH 检测工作液: 按下表配制 T-GSH 检测工作液。

加入物	1 个样品	10 个样品	50 个样品
GSH assay buffer	0.2ml	2ml	10ml
DTNB 储存液	2.5 μl	25 μl	125 μl
50×GSH 还原酶	5.4 μl	54 μl	270 μl

5. 配制蛋白沉淀工作液: 在本试剂盒提供的 2.5g 蛋白沉淀剂中加入 50ml ddH₂O, 配制成 50ml 5%的水溶液, 即为蛋白沉淀工作液, 4℃保存。
6. 配制标准品: 把还原型 GSH 标准储存液(10mM)用蛋白沉淀工作液稀释成 50μM 标准溶液, 然后依次稀释成 25、15、10、5、2μM GSH 溶液, 取 50、25、15、10、5、2μM GSH 标准溶液 6 个点做标准曲线。注意: 由于 GSH 标准在蛋白沉淀工作液中不太稳定, 用蛋白沉淀工作液配制的 GSH 溶液必须新鲜配制后使用, 不可冻存后再使用。
7. 配制 NADPH 工作液: 在本试剂盒提供的 10mg NADPH 中加入 1ml ddH₂O, 溶解并混匀, 即为 NADPH 储存液(10mg/ml)。一部分立即使用, 其余适当分装后-20℃保存。按 0.1ml NADPH 储存液(10mg/ml)加入 8.23ml 的比例加入 GSH assay buffer, 充分混匀, 即为 NADPH 工作液(0.12mg/ml)。

8. 准备样品:

①红细胞或血浆样品: 取新鲜血液, 600g 离心 10min, 沉淀为红细胞, 上清为血浆。对于红细胞, 用 PBS 洗涤两次, 取约 50μl 红细胞沉淀或血浆, 加入 50μl 蛋白沉淀工作液, 充分 Vortex 振匀。4℃或冰浴放置 10min, 4℃ 10000g 离心 10min, 取上清, 用于 T-GSH 测定, 样品需暂时 4℃保存备用, 不立即测定的样品可以-70℃保存, 但不宜超过 10 天。对于处理好的红细胞样品最后需用蛋白沉淀工作液稀释 10 倍后再进行后续的测定, 而对于血浆样品, 应直接取 10μl 进行测定。

②植物或动物组织样品: 取组织用液氮速冻, 迅速研磨, 按每 40mg 加入 100μl 蛋白沉淀工作液(亦可不用液氮, 而是直接加入蛋白沉淀工作液至组织后匀浆或研磨), 充分 Vortex 振匀, 再加入 300μl 蛋白沉淀工作液, 用匀浆器充分匀浆。4℃孵育 10min, 4℃10000g 离心 10min, 取上清, 用于 T-GSH 测定。样品需暂时 4℃保存备用, 不立即测定的样品可以-70℃保存, 但不宜超过 10 天。对于处理好的组织样品通常需用蛋白沉淀工作液进行适当稀释后再进行测定, 稀释倍数通常为 5~20 倍。

③细胞样品: PBS 洗涤细胞 1 次, 离心收集细胞, 吸尽上清, 加入细胞沉淀 3 倍体积的蛋白沉淀工作液, 充分 Vortex 振匀(收集细胞前后分别对离心管进行称重, 从而就可以计算出细胞沉淀的重量, 10mg 细胞沉淀的体积可以粗略地看做 10ml。)对样品进行快速的冻融后, 4℃或冰上孵育 5min, 4℃10000g 离心 10min, 取上清, 用于 T-GSH 测定。样品需暂时 4℃保存备用, 不立即测定的样品可以-70℃保存, 但不宜超过 10 天。对于处理好的组织样品通常需用蛋白沉淀工作液进行适当稀释后再进行测定, 稀释倍数通常为 5~20 倍。

9. T-GSH 加样: 取 96 孔板, 按照下表设置空白孔、标准孔、测定孔, 溶液应按照顺序依次加入, 并注意避免产生气泡。如果样品中的 T-GSH 浓度过高, 可以减少样品用量或适当稀释后再进行测定。

加入物(μl)	空白孔	标准孔	测定孔
蛋白沉淀工作液	10	-	-
系列标准品(2~50μM)	-	10	-
待测样品	-	-	10



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com

T-GSH 检测工作液	200	200	200
室温或 25℃ 孵育 5min。			
NADPH 工作液(0.12mg/ml)	50	50	50

10. T-GSH 检测：立即用酶标仪或自动生化分析仪测定 410nm 处吸光度，每隔 2min 检测一次，空白孔调零，共检测 6min(亦可加入 NADPH 工作液反应 6min 后检测，只检测 1 次)，以检测其反应速率 $\Delta A/\text{min}$ 。如果酶标仪不能检测 410nm，可测定 405~420nm 处吸光度。

计算：

① **动力学测定法：**根据不同时间点测定得到的吸光度计算出 $\Delta A_{410}/\text{min}$ ，以 GSH 标准的浓度(50、25、15、10、5、2 μM)为横坐标，以 $\Delta A_{410}/\text{min}$ 为纵坐标，作出标准曲线，求出回归方程。根据待测的 $\Delta A_{410}/\text{min}$ ，对照标准曲线的回归方程可以计算出测定时样品中总谷胱甘肽的含量，动力学法测定结果比终点测定法的结果精确。根据样品的稀释倍数、以及最初样品的使用量，通过测定蛋白浓度，从而计算出样品的蛋白量，最后计算出每 mg 蛋白中总谷胱甘肽的含量。

② **终点测定法：**即反应 6min 仅测定 1 次吸光度的方法。以 GSH 标准的浓度(50、25、15、10、5、2 μM)为横坐标，以 $\Delta A_{410}/\text{min}$ 为纵坐标，作出标准曲线，求出回归方程，对照标准曲线的回归方程可以计算出测定时样品中总谷胱甘肽的含量，终点测定法比动力学法快捷。根据样品的稀释倍数、以及最初样品的使用量，通过测定蛋白浓度，从而计算出样品的蛋白量，最后计算出每 mg 蛋白中总谷胱甘肽的含量。

参考区间：

成年全血 GSH 1.02 \pm 0.17mmol/L

注意事项：

1. GSH 比较稳定，血液样品以 ACD 抗凝后冰箱 4℃ 保存，3~4 周内稳定。
2. 请尽量使用新鲜的细胞或血液进行测定，而不要使用冻存的细胞或血液进行测定，避免使 GSH 活性下降。
3. 全血 GSH 与吸烟和锻炼成正比。
4. 测定各管时，各孔温度均需达到室温或 25℃，否则影响结果。
5. 轻度溶血样本对 GSH 测定无影响。
6. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：6 个月有效。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址：郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话：400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱：zzlybio@126.com