

H₂S 含量测定试剂盒（可见分光光度法）

注意：正式测定前务必取 2-3 个预期差异较大的样本做预测定。

产品货号：BA1148

产品规格：50管/48样

产品简介：

H₂S是一种新型气态信号分子，存在于脑内的神经递质，生理浓度的H₂S对神经系统海马的长时程增强功能具有重要的调节作用，并对自发性高血压、出血性休克及肝硬化等疾病的过程发挥着重要的病理生理效应。

H₂S与醋酸锌、N, N-二甲基对苯二胺和硫酸铁铵等反应生成亚甲基蓝，亚甲基蓝在665nm处有最大吸收峰，通过测定其吸光值可计算H₂S含量。

产品内容：

- 提取液：液体50mL×1瓶，4℃保存。
- 试剂一：液体25mL×1瓶，4℃保存。
- 试剂二：液体15mL×1瓶，4℃保存。
- 试剂三：液体15mL×1瓶，4℃避光保存。
- 试剂四：液体15mL×1瓶，4℃保存。
- 试剂五：液体3mL×1管，4℃避光保存。

需自备的仪器和用品：

天平、低温离心机、可见分光光度计、1mL石英比色皿、蒸馏水。

操作步骤：

一：样品处理：

- 1、组织：按照组织质量（g）：提取液体积（mL）为1：5~10的比例（建议称取约0.1g组织，加入1mL提取液）进行冰浴匀浆，然后10000g，4℃离心10min，取上清，置冰上待测。
- 2、细菌、真菌：按照细胞数量（10⁴个）：提取液体积（mL）为500~1000：1的比例（建议500万细胞加入1mL提取液），冰浴超声波破碎细胞（功率300w，超声3秒，间隔7秒，总时间3min）；然后10000g，4℃，离心10min，取上清置于冰上待测。
- 3、血清（浆）：直接测定。

二、操作表：（取1.5ml离心管，按照下表操作）

试剂名称（ μ L）	空白管	测定管
样本	-	25
H ₂ O	25	-
试剂一	25	25
充分震荡混匀		
试剂二	25	25
12000rpm，4℃，离心10min，去上清，留沉淀		
H ₂ O	500	500



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址：郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话：400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q：807961520 731791866

邮箱：zzlybio@126.com

12000rpm, 4℃, 离心10min, 去上清, 留沉淀		
试剂一	25	25
试剂三	25	25
充分震荡混匀		
试剂四	25	25
12000rpm, 4℃, 离心10min, 取上清		
试剂五	50	50
混匀, 25℃静置20min, 于微量石英比色皿/96孔板中, 空白管调零, 测定665nm吸光值, 记为A ₆₆₅ 。		

三、H₂S含量计算公式:

标准曲线回归方程为: $y = 0.0044x$, $R^2 = 0.9988$

(1) 组织样品

a.按照蛋白浓度计算

$$H_2S (\mu\text{mol}/\text{mg prot}) = A_{655} \div 0.0044 \times V_{\text{反总}} \div (V_{\text{样}} \times C_{\text{pr}}) \times 10^{-3} = 0.727 \times A_{665} \div C_{\text{pr}}$$

b.按照样本重量计算

$$H_2S (\mu\text{mol}/\text{g}) = A_{655} \div 0.0044 \times V_{\text{反总}} \div (V_{\text{样}} \div V_{\text{样总}} \times W) \times 10^{-3} = 0.727 \times A_{665} \div W$$

(2) 液体样品 $H_2S (\mu\text{mol}/\text{L}) = A_{655} \div 0.0044 \times V_{\text{反总}} \div V_{\text{样}} = 727 \times A_{665}$

(3) 细胞

$$H_2S (\mu\text{mol}/10^4\text{cell}) = A_{655} \div 0.0044 \times V_{\text{反总}} \div (V_{\text{样}} \div V_{\text{样总}} \times \text{细胞数量}(\text{万个})) \times 10^{-3} = 0.727 \times A_{665} \div \text{细胞数量}(\text{万个})$$

V反总: 反应总体积, 0.8mL; V样: 反应中样品体积, 0.25mL; V样总: 加入提取液体积, 1mL; W: 样品质量, g; Cpr: 蛋白浓度, mg/mL

注意事项:

最低检出限为8μmol/L。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

QQ: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com