

## PAGE凝胶银染试剂盒

产品货号: R23209

产品规格: 20T

### 产品简介:

PAGE凝胶银染试剂盒是一种快速的可用于SDS-PAGE或非变性PAGE等蛋白银染染色的试剂盒,该试剂盒含有增敏步骤,可明显降低背景。其优点还在于:1、操作简单、快速;2、可用于2D凝胶的银染,并可进行后续的质朴检测;3、目的条带清晰;4、不含甲醇。本试剂盒仅用于科研领域,不宜用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成:

试剂名称	20T	保存条件
试剂(A): Silver Stain Sensitizer(500×)	2×1ml	室温
试剂(B): Silver Stain(100×)	10ml	室温, 避光
试剂(C): Silver Stain Developer(5×)	2×100ml	室温, 避光
试剂(D): Silver Stain Stop Buffer(10×)	100ml	室温

### 自备材料:

1. 水平摇床或侧摆摇床
2. 去离子水(超纯)
3. 乙醇、冰乙酸

### 操作步骤 (仅供参考):

1. 准备工作: 以下操作以 8.5×5.5cm、厚度为 1.0mm 的凝胶为例,以凝胶全部浸没到溶液为准,一般用量是 25ml,对于凝胶体积较大的,各溶液的使用量需按凝胶体积比例放大。整个银染过程应在摇床上进行,摇床转速控制在 60~70rpm。提前配制固定液,即按无水乙醇:冰乙酸:去离子水=5:1:4 的比例配制。提前配制洗涤液,即按无水乙醇:去离子水=1:4 的比例配制。
2. 水洗: 电泳结束后,取凝胶放入去离子水中清洗 2 次,每次 5min。
3. 固定: 取凝胶放入 50~100ml 固定液中,在摇床上室温摇动 15~20min,重复固定步骤 1 次。
4. 洗脱: 取凝胶放入洗涤液中清洗 2 次,每次 5min。
5. 水洗: 去离子水清洗凝胶 2 次,每次 5min。
6. 增敏: 配制银染增敏工作液,即取 Silver Stain Sensitizer(500×)0.1ml 加入到 50ml 去离子水中,混匀,即 1×Silver Stain Sensitizer,一般应 2h 内用完。室温下用 1×Silver Stain Sensitizer 孵育凝胶 2min,立即用去离子水清洗凝胶 2 次,每次 1min。
7. 银染: 配制银染工作液,即取 Silver Stain(100×)0.5ml 加入到 50ml 去离子水中,混匀,即得 1×Silver Stain,一般应 2h 内用完。取凝胶入 1×Silver Stain,在摇床上室温摇动 10~20min。
8. 水洗: 弃液,在摇床上用去离子水清洗凝胶 2 次,每次 30s,摇动速度在 60~70rpm。总的水洗时间应控制在 1.5min 内。
9. 显影: 配制银染显影工作液,即取 Silver Stain Developer(5×)10ml 加入到 40ml 去离子水中,混匀,即 1×Silver Stain Developer,一般应 30min 内用完。清洗凝胶后,立即置于 1×Silver Stain Developer 中,室温孵育 2~10min,直至蛋白条带清晰可见。一般显色 30s 后就会出现棕色沉淀,继续显影 2~3min,亦可延长至 5min 以上,如果显影效果不佳,可重新更换 1×Silver Stain Developer 继续显影。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

QQ: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com

10. 迅速用去离子水清洗凝胶以避免显影过度，背景染色。立即加入银染终止液，摇床上摇动 10min，以终止显色反应。(配制银染终止液，即取 Silver Stain Stop Buffer(10×)10ml 加入到 90ml 去离子水中，混匀，即 1× Silver Stain Stop Buffer，一般应 24h 内用完。)
11. 保存：弃终止液，加入去离子水 50ml，摇床上摇动 2~5min，弃液。短期保存于新鲜去离子水，长期保存可以制备干胶。

**注意事项：**

1. 背景过深：①显色时间过长；②洗涤不充分；③凝胶中残留物质未去除干净；④去离子水的纯度过低。
2. 蛋白条带较浅：①蛋白的半胱氨酸含量过低；②银染后水洗时间过长；③蛋白量较低；④固定后的洗涤时间不够，导致乙酸残留。
3. 凝胶上出现杂质或非蛋白的印迹：①凝胶没有被充分浸没，应加入足量溶液；②容器没有清洗干净；③凝胶接触金属物质；④指纹或其他压迹。
4. 本染色液呈酸性，有轻微腐蚀性，使用时请作必要防护。
5. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

**有效期：**6 个月有效。



扫一扫 加微信

**郑州乐业生物科技有限公司**

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话：400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱：zzlybio@126.com