

## Tris-氯化铵红细胞裂解液（无菌）

产品货号：R22027

产品规格：100ml/500ml

### 产品简介：

在生物科研领域，经常需要去除红细胞，去除红细胞的方法有多种，如ACK Lysis Buffer、Tris-氯化铵红细胞裂解液、Gey's Lysis Buffer。Tris-氯化铵红细胞裂解液(TrisNH<sub>4</sub>Cl Red Blood Cell Lysis Buffer)，也称为Tris-NH<sub>4</sub>Cl Lysis Buffer，是一种从人、鼠或其他哺乳动物等体内的组织样品或血液中裂解并去除无核红细胞的溶液，其主要有效成分为NH<sub>4</sub>Cl。

乐业生物 Tris-氯化铵红细胞裂解液（无菌）经过优化配方，在裂解无核红细胞的同时几乎不损伤淋巴细胞(Lymphocyte)或其它有细胞核的细胞。本裂解液经过滤除菌，经过Tris-NH<sub>4</sub>Cl Lysis Buffer处理过的血液或组织细胞样品可以用于后续的细胞培养、细胞融合以及核酸或蛋白的提取及各种常规的分析 and 检测。

### 产品组成：

试剂名称	规格	保存条件
Tris-氯化铵红细胞裂解液（无菌）	100ml/500ml	4℃

### 自备材料：

1. 胰蛋白酶
2. 离心机
3. PBS、HBSS、生理盐水或无血清培养液
4. 胎牛血清

### 操作步骤(仅供参考)：

#### (一)组织细胞样本的常规操作

1. 制备细胞悬液：新鲜组织经过胰蛋白酶或胶原酶等消化处理，通过适当方法制备成细胞悬液，离心弃上清。
2. 裂解：加入 3~5 倍细胞沉淀体积的 Tris-NH<sub>4</sub>Cl Lysis Buffer，轻柔吹打混匀，裂解 1~2min。本操作步骤在 4℃ 条件下操作更佳，亦可在室温下操作。
3. 离心：4℃，400~500g 离心 5min，弃红色上清。如无低温离心机，本步骤亦可在室温下操作。
4. 如果发现红细胞裂解不完全，可以重复上述步骤 2 和步骤 3 各一次。
5. 洗涤：根据实验要求加入适量 PBS、HBSS、生理盐水或无血清培养液，轻柔混匀重悬沉淀。4℃，400~500g 离心 2~3min，弃上清，该离心步骤亦可在室温下操作。所加入的 PBS、HBSS、生理盐水或无血清培养液 的量一般应大于细胞沉淀体积的 5 倍以上。
6. 如有必要，重复上述步骤 5 一次，共洗涤 1~2 次。
7. 根据实验需要用适当溶液重悬细胞沉淀，进行计数、培养等后续实验。

#### (二)组织细胞样本的快速操作(无需洗涤)

1. 制备细胞悬液：新鲜组织经过胰蛋白酶或胶原酶等消化处理，通过适当方法制备成细胞悬液，离心弃上清。
2. 裂解：加入细胞 5 倍细胞沉淀体积的 Tris-NH<sub>4</sub>Cl Lysis Buffer，轻柔吹打混匀，裂解 1~2min。本操作步骤在 4℃ 条件下操作更佳，亦可在室温下操作。
3. 加入 15~20ml PBS、HBSS、生理盐水或无血清培养液，轻柔混匀。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址：郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话：400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱：zzlybio@126.com

4. 离心: 4℃, 400~500g 离心 5min, 弃红色上清, 本离心步骤亦可在室温下操作。
5. 如果发现红细胞裂解不完全, 可以重复上述步骤 2~4 各一次。
6. 根据实验需要用适当溶液重悬细胞沉淀, 进行计数、培养等后续实验。

### (三)血液样本的常规操作

1. 取新鲜抗凝血, 400~500g 离心 5min, 弃上清。
2. 裂解: 加入 6~10 倍细胞沉淀体积的 Tris-NH<sub>4</sub>Cl Lysis Buffer, 轻柔吹打混匀, 裂解 1~5min。本操作步骤在 4℃ 条件下操作更佳, 亦可在室温下操作。(特别提醒: 对于鼠的血液, 裂解 1~2min 已经足够, 对于人的外周血, 宜延长裂解时间至 4~5min, 并且裂解过程中轻轻摇动以促进红细胞裂解。)
3. 离心: 4℃, 400~500g 离心 5min, 弃红色上清。如无低温离心机, 本步骤亦可在室温下操作。
4. 如果发现红细胞裂解不完全, 可以重复上述步骤 2 和步骤 3 一次。
5. 洗涤: 根据实验要求加入适量 PBS、HBSS、生理盐水或无血清培养液, 轻柔混匀重悬沉淀。4℃, 400~500g 离心 2~3min, 弃上清, 该离心步骤亦可在室温下操作。所加入的 PBS、HBSS、生理盐水或无血清培养液量一般应大于细胞沉淀体积的 5 倍以上。
6. 根据实验需要用适当溶液重悬细胞沉淀, 进行计数、培养等后续实验。

注意: 对于微量或少量的血液样本, 可以不用第 1 步操作, 可直接加入 10 倍血液体积的 Tris-NH<sub>4</sub>Cl Lysis Buffer 进行第 2 步操作, 并在 4℃ 或室温裂解 4~15min。对于鼠的血液, 裂解 4~5min 已经足够; 对于人的外周血, 宜延长裂解时间至 10min, 但通常不宜超过 15min, 并且裂解过程中宜适当摇动以促进红细胞裂解。

### (四)血液样本的快速操作(无需洗涤)

1. 新鲜抗凝血中加入 10 倍体积的 Tris-NH<sub>4</sub>Cl Lysis Buffer, 轻轻吹打混匀, 裂解 4~15min。本操作步骤在 4℃ 条件下操作更佳, 亦可在室温下操作。(特别提醒: 对于鼠的血液, 裂解 4~5min 已经足够, 对于人的外周血, 宜延长裂解时间至 10min, 但通常不宜超过 15min, 并且裂解过程中宜适当摇动以促进红细胞裂解。)
2. 加入 20~30ml PBS、HBSS、生理盐水或无血清培养液, 轻柔混匀。
3. 400~500g 离心 5min, 弃红色上清。4℃ 离心效果更佳。
4. 如果发现红细胞裂解不完全, 可以重复上述步骤 2 和步骤 3 一次。
5. 根据实验需要用适当溶液重悬细胞沉淀, 进行计数、培养等后续实验。

### 注意事项:

1. 制备细胞悬液时应根据实验需要, 不一定要制备成单细胞悬液。
2. 后续试验如果是用于细胞培养, 操作过程中应注意无菌操作, 尽量在超净工作台内操作。
3. 离心步骤尽量在 4℃ 离心机上操作。
4. 常规步骤不快速步骤的区别在于: 常规步骤多了一步洗涤过程的离心, 可以节省洗涤液的用量, 并且洗涤效果也更好, 不需要大体积的离心管; 快速步骤少了一次离心过程, 洗涤效果略差一些, 同时需要大体积的离心管。
5. 离心洗涤后, 通常极微量的红细胞不会影响后续的检测。
6. 如果经过 ACK Lysis Buffer 处理后的样品后续用于总 RNA 的提取, 在处理细胞时不必使用 DEPC 处理的溶液, 即无需在该操作中特意去除 RNase。
7. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

### 有效期:

12 个月有效。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Ley-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com