


## Na<sup>+</sup>K<sup>+</sup>-ATP 酶活性检测试剂盒（可见分光光度法）

产品货号：BA1037

产品规格：50管/24样

### 产品说明：

Na<sup>+</sup>K<sup>+</sup>-ATP酶广泛分布于植物、动物、微生物和细胞中，可催化ATP水解生成ADP和无机磷。  
Na<sup>+</sup>K<sup>+</sup>-ATP酶分解ATP生成ADP及无机磷，通过测定无机磷的量来确定ATP酶活性。



**注意：**实验之前建议选择2-3个预期差异大的样本做预实验。如果样本吸光值不在测量范围内建议稀释或者增加样本量进行检测。

### 产品内容：

试剂名称	规格	保存条件
试剂一	液体30mL×1瓶	2-8℃
试剂二	液体4mL×1瓶	2-8℃
试剂三	粉剂×2支	-20℃
试剂四	液体2mL×1瓶	2-8℃
试剂五	液体3mL×1瓶	2-8℃
试剂六	粉剂×1瓶	2-8℃
试剂七	粉剂×1瓶	2-8℃
试剂八	液体15mL×1瓶	室温
标准品	液体1mL×1支	2-8℃

### 溶液的配制：

1. 试剂三：用时取1支加1mL蒸馏水，现用现配。用不完的试剂-20℃分装保存一周。
2. 试剂六：用时加入15mL蒸馏水，溶解后2-8℃保存两周。
3. 试剂七：用时加入15mL蒸馏水，溶解后2-8℃保存两周。
4. 标准品：10 μ mol/mL标准磷贮备液。将标准品20倍稀释，即取0.1mL标准品加1.9mL蒸馏水充分混匀，配成0.5 μ mol/mL标准磷应用液。
5. 定磷剂的配制：按H<sub>2</sub>O：试剂六：试剂七：试剂八=2:1:1:1（体积比）的比例配制，配好的定磷剂应为浅黄色。若变色则试剂失效，若是蓝色则为磷污染，定磷剂根据实验用量现用现配。
6. 注意：配试剂最好用新的烧杯、玻棒和玻璃移液器，也可以用一次性塑料器皿，避免磷污染。

### 需自备的仪器和用品：

可见分光光度计、水浴锅/恒温培养箱、台式离心机、可调式移液器、1mL玻璃比色皿、研钵/匀浆器、冰和蒸馏水。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址：郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话：400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q：807961520 731791866

邮箱：zzlybio@126.com

### 操作步骤:

#### 一、样本处理（可适当调整待测样本量，具体比例可以参考文献）：

##### 1. 细菌、细胞或组织样品的制备:

细菌或培养细胞：先收集细菌或细胞到离心管内，离心后弃上清；按照每 500 万细菌或细胞加入 1mL 试剂一，超声波破碎细菌或细胞（功率 200W，超声 3s，间隔 10s，重复 30 次）；8000g 4℃ 离心 10min，取上清，置冰上待测。

组织：称取约 0.1g 组织，加入 1mL 试剂一进行冰浴匀浆。8000g 4℃ 离心 10min，取上清，置冰上待测。

##### 2. 血清（浆）样品：直接检测。

#### 二、测定步骤

##### 1. 可见分光光度计预热 30min 以上，调节波长至 660nm，蒸馏水调零。

##### 2. 酶促反应（在 EP 管中加入下列试剂）

试剂名称	对照管	测定管
试剂一（ $\mu\text{L}$ ）	130	90
试剂二（ $\mu\text{L}$ ）	80	80
试剂三（ $\mu\text{L}$ ）	40	40
试剂四（ $\mu\text{L}$ ）	-	40
样品（ $\mu\text{L}$ ）	-	200
混匀，37℃（哺乳动物）或 25℃（其他物种）准确水浴 10min		
试剂五（ $\mu\text{L}$ ）	50	50
样品（ $\mu\text{L}$ ）	200	-
混匀，4000g，常温离心 10min，取上清液		

##### 3. 定磷（在 1.5mL EP 管中依次加入下列试剂）

试剂名称	空白管	标准管	对照管	测定管
0.5 $\mu\text{mol/mL}$ 标准磷应用液（ $\mu\text{L}$ ）	-	100	-	-
上清液（ $\mu\text{L}$ ）	-	-	100	100
蒸馏水（ $\mu\text{L}$ ）	100	-	-	-
定磷试剂（ $\mu\text{L}$ ）	1000	1000	1000	1000
混匀，40℃ 水浴 10min，冷却至室温，在 660nm 处比色。分别记为 A 空白、A 标准、A 对照、A 测定。 每个测定管需设一个对照管，标准管和空白管只需测 1-2 次。				

#### 三、 $\text{Na}^+\text{K}^+$ -ATP 酶活计算

##### 1. 血清（浆） $\text{Na}^+\text{K}^+$ -ATPase 活力的计算:

定义：规定每小时每毫升血清（浆）中  $\text{Na}^+\text{K}^+$ -ATP 酶分解 ATP 产生  $1\mu\text{mol}$  无机磷的量为一个酶活力单位。

$$\text{Na}^+\text{K}^+\text{-ATP 酶活力 (U/mL)} = \frac{C_{\text{标准管}} \times (A_{\text{测定管}} - A_{\text{对照管}})}{(A_{\text{标准管}} - A_{\text{空白管}})} \times V_{\text{总}} \div V_{\text{样}} \div T$$

$$= 7.5 \times (A_{\text{测定管}} - A_{\text{对照管}}) \div (A_{\text{标准管}} - A_{\text{空白管}})$$

##### 2. 组织、细菌或细胞中 $\text{Na}^+\text{K}^+$ -ATPase 活力的计算:

###### (1) 按蛋白浓度计算:

定义：规定每小时每毫克组织蛋白中  $\text{Na}^+\text{K}^+$ -ATP 酶分解 ATP 产生  $1\mu\text{mol}$  无机磷的量为一个酶活力单位。

$$\text{Na}^+\text{K}^+\text{-ATP 酶活力 (U/mg prot)} = \frac{C_{\text{标准管}} \times (A_{\text{测定管}} - A_{\text{对照管}})}{(A_{\text{标准管}} - A_{\text{空白管}})} \times V_{\text{总}} \div (C_{\text{pr}} \times V_{\text{样}}) \div T$$

$$= 7.5 \times (A_{\text{测定管}} - A_{\text{对照管}}) \div (A_{\text{标准管}} - A_{\text{空白管}}) \div C_{\text{pr}}$$

###### (2) 按样本鲜重计算:

定义：规定每小时每克组织中  $\text{Na}^+\text{K}^+$ -ATP 酶分解 ATP 产生  $1\mu\text{mol}$  无机磷的量为一个酶活力单位。



扫一扫 加微信

**郑州乐业生物科技有限公司**

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址：郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话：400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱：zzlybio@126.com

$$\text{Na}^+\text{K}^+\text{-ATP酶活力(U/g质量)} = \frac{C\text{标准管} \times (\text{A测定管} - \text{A对照管})}{(\text{A标准管} - \text{A空白管})} \times \frac{V\text{总}}{(V\text{样} \div V\text{样总} \times W) \div T}$$
$$= 7.5 \times (\text{A测定管} - \text{A对照管}) \div (\text{A标准管} - \text{A空白管}) \div W$$

(3) 按细菌或细胞密度计算:

定义: 规定每小时每1万个细菌或细胞中 $\text{Na}^+\text{K}^+\text{-ATP}$ 酶分解ATP产生 $1\mu\text{mol}$ 无机磷的量为一个酶活力单位。

$$\text{Na}^+\text{K}^+\text{-ATP酶活力(U/10}^4\text{)} = \frac{C\text{标准管} \times (\text{A测定管} - \text{A对照管})}{(\text{A标准管} - \text{A空白管})} \times \frac{V\text{总}}{(V\text{样} \div V\text{样总} \times 500) \div T} = 0.015 \times (\text{A测定管} - \text{A对照管}) \div (\text{A标准管} - \text{A空白管})$$

C标准管: 标准管浓度,  $0.5\mu\text{mol/mL}$ ; V总: 酶促反应总体积,  $0.5\text{mL}$ ; V样: 加入样本体积,  $0.2\text{mL}$ ; V样总: 加入试剂一体积,  $1\text{mL}$ ; T: 反应时间,  $1/6$ 小时; Cpr: 样本蛋白质浓度,  $\text{mg/mL}$ ; W: 样本鲜重, g; 500: 细菌或细胞总数, 500万。

#### 注意事项:

1. 由于每一个样都必须做对照, 本试剂盒50管保证测24份 $\text{Na}^+\text{K}^+\text{-ATP}$ 酶。
2. 此法具有微量、灵敏、快速的特点。所以对测定所用试管要求严格无磷。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

QQ: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com