

多糖含量测定试剂盒（苯酚-硫酸法）(微板法)

产品货号：BA2011

产品规格：100管/96样

产品简介：

糖在浓硫酸作用下，水解生成单糖，并迅速脱水生成糖醛衍生物，然后与苯酚缩合成橙黄色化合物，且颜色稳定，在波长488nm处和一定的浓度范围内，其吸光度与多糖含量呈线性关系正比，再利用标准曲线定量算出样品中的多糖含量。

试剂盒组分与配制：

试剂名称	规格	保存条件	备注
试剂一	粉剂×3支	2-8°C	临用前甩几下使试剂落入底部，每支分别加1.9mL水溶解备用。
标准品	粉剂×1支	2-8°C	若重新做标曲，则用到该试剂。

需自备的仪器和用品：

酶标仪、96孔板、水浴锅/金属浴、可调式移液器、乙醇、浓硫酸（不允许快递）、研钵。

多糖含量的测定：

建议正式实验前选取2个样本做预测定，了解本批样品情况，熟悉实验流程，避免实验样本和试剂浪费！

1. 多糖待检液制备：
 - a. 组织样本：
 - 1) 若是烘干且研磨过40目筛后的样品，称取3mg过筛后细末至2mLEP管中，加入2mL蒸馏水；（若是鲜样则可取0.1g或0.5g（水份足的样本）至2mLEP管中，加入2mL蒸馏水），于沸水浴（95-100°C）加热2小时（若放在金属浴上面可用重物压盖防止EP管崩开；间隔20min带防护手套轻轻晃动混匀几下），加热结束后取出放置至室温，（中间过程液体若挥发严重，最后可用蒸馏水定容到2mL），最后于8000rpm室温离心5min，上清液待用。
 - 2) 取0.2mL上步离心后的上清液至新EP管中，再加入1mL乙醇混匀，于4°C放置1小时，取出后8000rpm离心5min后弃上清，留沉淀；
 - 3) 上步所得沉淀中再加入1mL80%乙醇混匀几下（自备：取80mL乙醇溶于20mL蒸馏水中），8000rpm离心5min后弃上清，留沉淀（可采用使EP管轻轻倒置于吸水纸上约5min吸干剩余上清液，尽量避免沉淀损失）；
 - 4) 向上步所得沉淀中加入2mL蒸馏水，于沸水浴（95-100°C）加热直到沉淀全部溶解（约5min）即多糖待检液。
 - b. 液体样本：
 - 1) 取0.2mL液体（可先做两个样本预测定，确定适合本批液体样本取样量V2），至新EP管中，再加入1mL乙醇混匀（使乙醇在整个液体中占比至少80%），于4°C放置1小时，取出后8000rpm离心5min后弃上清，留沉淀；
 - 2) 上步所得沉淀中再加入1mL80%乙醇混匀几下（自备：取80mL乙醇溶于20mL蒸馏水中），8000rpm离心5min后弃上清，留沉淀（可采用使EP管轻轻倒置于吸水纸上约5min吸干剩余上清液，尽量避免沉淀损失）；
 - 3) 向上步所得沉淀中加入2mL蒸馏水，于沸水浴（95-100°C）加热直到沉淀全部溶解（约5min）即多糖待检液。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话：400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q：807961520 731791866

邮箱：zzlybio@126.com

2. 上机检测:


- 1) 酶标仪预热 30min 以上, 调节波长至 488nm, 调节水浴锅或金属浴至 95-100°C。
- 2) 在 EP 管中依次加入:

试剂 (μL)	测定管	空白管 (仅做一次)
多糖待检液	100	
蒸馏水		100
试剂一	50	50
浓硫酸(务必缓慢加入)	250	250
混匀后, 放入 95°C 水浴 20min (封口膜缠紧, 防止水分散失), 冷却至室温后, 取 200 μL 转移至 96 孔板中, 于 488nm 读取吸光值 A, $\Delta\text{A}=A$ 测定管-A 空白管。		

- 【注】1. 如果 ΔA 大于 1, 需要将多糖待检液用蒸馏水稀释, 计算公式中乘以相应稀释倍数 D。
 2. 若 ΔA 值在零附近即低于 0.005, 则可增加样本取样质量 W, 则改变后的 W 需代入公式重新计算。

结果计算:

1. 标准方程为 $y = 86.454x + 0.0065$; x 为标准品质量 (mg), y 为吸光值 ΔA 。



2. 按样本重量计算:

$$\begin{aligned} \text{多糖}(\text{mg/g 重量}) &= [(\Delta\text{A}-0.0065) \div 86.454] \div (W \times V_1 \div V) \times 10 \times D \\ &= 2.313 \times (\Delta\text{A}-0.0065) \div W \times D \end{aligned}$$

3. 按质量分数 (%) 计算:

$$\begin{aligned} \text{多糖}(\%) \text{重量} &= [(\Delta\text{A}-0.0065) \div 86.454] \div (W \times V_1 \div V) \times 10 \times D \times 10^{-3} \times 100\% \\ &= [0.2313 \times (\Delta\text{A}-0.0065) \div W \times D]\% \end{aligned}$$

4. 按液体体积计算:

$$\begin{aligned} \text{多糖}(\text{mg/mL 液体}) &= [(\Delta\text{A}-0.0065) \div 86.454] \div (V_2 \times V_1 \div V) \times 10 \times D \\ &= 0.2313 \times (\Delta\text{A}-0.0065) \div V_2 \times D \end{aligned}$$

V---样品提取液总体积, 2mL; V1---测定时待检液体积, 0.1mL;

V2---液体取样体积, mL; 10---②步中取 0.2mL 处理后变成 2mL 体积;

W---样本质量, g; D---自行稀释倍数, 未稀释即为 1。

附: 标准曲线制作过程:

1. 制备标准品母液 (1mg/mL): 从标准品管中称量取出 2mg 至一新 EP 管中, 再加 2mL 蒸馏水混匀溶解即 1mg/mL 的葡萄糖 (母液需在两天内用且 -20°C 保存)。
2. 把母液用蒸馏水稀释成六个浓度梯度的标准品: 0, 0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1mg/mL。也可根据实际样本来调整标准品浓度。
3. 依据测定管的加样表操作, 根据结果即可制作标准曲线。



郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址: 郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com

扫一扫 加微信