

尿素氮(BUN)检测试剂盒(分光光度法)

产品货号: BA3142

产品规格: 50T/48S

测定意义:

尿素是生物体内含氮化合物分解的终产物,在尿酶催化下分解转化成氨。血液尿素氮是肾功能的主要指标之一。

测定原理:

样本中尿素氮在氯化高铁一磷酸溶液中与二乙酰一肟和硫胺脲共煮,生成一种红色的二嗪化合物,其颜色的深浅与尿素氮含量成正比,采用二乙酰一肟法测定尿素氮含量。

试剂盒组成:

| 试剂名称 | 50T/48S | 保存要求 |
|---------|---------|---------|
| 试剂一: 液体 | 6ml | 4°C, 避光 |
| 试剂二: 液体 | 60ml | 4°C, 避光 |

自备仪器和用品:

天平、研钵、常温离心机、可见分光光度计、1ml玻璃比色皿、恒温水浴锅。

样品处理:

1. 组织: 按照质量(g): 蒸馏水体积(ml)为1: 5~10的比例(建议称取约0.1g, 加入1ml蒸馏水)加入蒸馏水, 匀浆后于25°C, 10000g离心10min, 取上清待测。
2. 细胞: 按照细胞数量(10^4 个): 蒸馏水体积(ml)为500~1000: 1的比例(建议500万细胞加入1ml蒸馏水), 冰浴超声波破碎细胞(功率300w, 超声3秒, 间隔7秒, 总时间3min); 然后4°C, 10000g离心10min, 取上清置于冰上待测。
3. 血清或其它液体: 直接检测。

测定操作:

| 试剂(μ l) | 空白管 | 测定管 |
|------------------|------|------|
| 样本 | | 40 |
| H ₂ O | 40 | |
| 试剂一 | 100 | 100 |
| 试剂二 | 1000 | 1000 |

混匀,沸水浴10min,冷却后,540nm下测定吸光值。 $\Delta A = A_{\text{测定}} - A_{\text{空白}}$ 。空白管只要做一管。

尿素氮含量计算:

标准条件下测定回归方程为 $y = 2.048x + 0.0229$, $R^2 = 0.9943$; x为标准品浓度(mg/ml), y为吸光值。

1. 按照血清(浆)或者细胞培养液体积计算

$$\text{尿素氮含量(mg/ml)} = (\Delta A - 0.0229) \div 2.048 = 0.4882 \times (\Delta A - 0.0229)$$

2. 按照样本质量计算

$$\text{尿素氮含量mg/g鲜重} = (\Delta A - 0.0229) \div 2.048 \times V_{\text{样总}} \div W = 0.4882 \times (\Delta A - 0.0229) \div W$$

3. 按照蛋白浓度计算

$$\text{尿素氮含量(mg/mg prot)} = (\Delta A - 0.0229) \div 2.048 \div C_{\text{pr}} = 0.4882 \times (\Delta A - 0.0229) \div C_{\text{pr}}$$

V样总: 加入提取液体积, 1ml; Cpr: 样本蛋白质浓度, mg/ml; W: 样本质量, g; 500: 细菌或细胞总数, 500万。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

QQ: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com